

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0071

(Certification No. 22-LB0071)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด

(Siam Fiberglass Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0627

(Testing 0627)

ฉบับที่ 04

(Issue No. 04)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from 29 September B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2571

(Until 7 June B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาโยธา (Civil field) 1. Insulation materials	- Thermal conductivity 0.002 W/(m·K) to 1.000 W/(m·K) - Thermal resistance 0.1 m ² .K/W to 8.0 m ² .K/W (Maximum thickness 200 mm)	- ASTM C518-21 - ISO 8301:1991/Amd.1:2010 (E) - ASTM C653-17 referred to test procedure ASTM C518-21 - AS/NZS 4859.1:2018 section 2.3 - ISO 8301:1991/Amd.1:2010 (E)