

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0082

(Certification No. 23-LB0082)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

(PTG Energy Public Company Limited)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0420

(Testing 0420)

ฉบับที่ 02

(Issue No.02)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(Valid from)

(21 August B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2570

(Until)

(14 August B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

ถาวร

(Permanent)

นอกสถานที่

(Site)

ชั่วคราว

(Temporary)

เคลื่อนที่

(Mobile)

หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาปิโตรเลียม (Petroleum field) 1. น้ำมันดีเซลพื้นฐาน และน้ำมันดีเซล (base fuel for diesel and diesel)	- Density 0.8100 g/mL – 0.8700 g/mL  - Flash point 50.0 °C to 120.0 °C  - Kinematic viscosity at 40 °C 2.007 mm <sup>2</sup> /s to 4.160 mm <sup>2</sup> /s (2.007 cSt to 4.160 cSt)	- ASTM D4052-22  - ASTM D93-20 (Procedure A)  - ASTM D445-21 